ARPA Molise - Dipartimento Provinciale di Isernia Via G. Berta - Palazzo della Provincia 86170 Isernia IS	Numero di accreditamento: **1191 L** Sede **A**
	Revisione: **9** Data: **26/06/2019**
	pag. **1** di **1** UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Acque destinate al consumo umano

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Calcio, Magnesio, Sodio (> 1 mg/L)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038	
Fluoruro, Cloruro, Nitrito, Nitrato, Solfato (Fluoruro>0,20mg/L, Nitrito>0,10 mg/L, Cloruro, Solfato>1mg/L, Nitrato>2 mg/L)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	

Acque destinate al consumo umano, acque superficiali

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Conducibilità (1 - 2500 microS/cm a 20°C)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	
pH (4,0-10,0 a 25°C)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	

Acque superficiali

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Cloruro, Nitrato, Solfato (Cloruro, Solfato>1mg/L, Nitrato (N)> 0,45 mg/L)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	

Legenda

APAT: Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici
CNR: Centro Nazionale Ricerche
IRSA: Istituto di Ricerca sulle Acque
ISTISAN: Istituto Superiore Sanità
M.U. : Metodo Unichim

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accreditamento per la specifica attività riportata a fianco