

Intek S.p.a. Via Breve 25086 Rezzato BS	Numero di accreditamento: 1180 Sede A
	Revisione: 3 Data: 16/07/2013
	Scheda 1 di 5 PA1560AR3.pdf

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Apparecchi di illuminazione

Luminaires

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Gradi protezione IP per apparecchi illuminazione (§ 9.2)
limitatamente alle cifre 2X-3X-4X

EN 60598-1:2008
+A11:2009
par 9.2

IP Degrees of protection of Luminaires
Limited to: numbers
2X-3X-4X

Apparecchiature elettriche / elettroniche

Electrical / Electronic Equipment

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Apparecchiature a bassa tensione Parte 1: Regole generali
(Limitatamente a: Verifica della tenuta alla frequenza di esercizio)

EN 60947-1:2007
+ A1: 2011
§ 7.2.3.2
+§ 8.3.3.4.1 (1)+(3)+(4)

Low-voltage switchgear and controlgear
Part 1: General rules (Limited to: Power-frequency withstand verification)

Apparecchiature a bassa tensione Parte 1: Regole generali
(Limitatamente a: Verifica della tensione di tenuta ad impulso)

EN 60947-1:2007
+A1: 2007
§ 7.2.3.1
+§ 8.3.3.4.1 (1)+(2)

Low-voltage switchgear and controlgear
Part 1: General rules (Limited to: Verification of impulse withstand voltage)

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT) Parte 1: Regole generali
(Limitatamente a: Tensione di tenuta a frequenza di esercizio)

EN 61439-1:2011
§ 10.9.2

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
Part 1: General rules (Limited to: Power-frequency withstand verification)

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT) Parte 1: Regole generali
(Limitatamente a: Tensione di tenuta alla tensione a impulso)

EN 61439-1:2011
§ 10.9.3.2

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
Part 1: General rules (Limited to: Impulse withstand voltage test)

Coordinamento dell'isolamento per gli apparecchi nei sistemi a bassa
tensione - Parte 1: Principi, prescrizioni e prove
(Limitatamente a: Prova a tensione alternata a freq. di esercizio)

EN 60664-1:2007
§ 6.1.3.4

Insulation coordination for equipment within low-voltage systems
Part 1: Principles, requirements and tests
(Limited to: A.C. power frequency voltage test)

Coordinamento dell'isolamento per gli apparecchi nei sistemi a bassa
tensione - Parte 1: Principi, prescrizioni e prove
(Limitatamente a: Prova dielettrica di tensione ad impulso)

EN 60664-1:2007
§ 6.1.2.2.1
+ 6.1.3.3

Insulation coordination for equipment within low-voltage systems
Part 1: Principles, requirements and tests
(Limited to: impulse voltage test)

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare -
Parte 1: Norme generali
(Limitatamente a: tenuta alla tensione applicata)

EN 60730-1:2011
§ 13.2

Automatic electrical controls for household and similar use
Part 1: General requirements (Limited to: Electric strength)

Intek S.p.a. Via Breve 25086 Rezzato BS	Numero di accreditamento: 1180 Sede A
	Revisione: 3 Data: 16/07/2013
	Scheda 2 di 5 PA1560AR3.pdf

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare Parte 1: Norme generali (Limitatamente a: misura della resistenza di isolamento)

EN 60730-1:2000
+ A1:2004 +A2:2008 +A12:2003+A13:2004
+A14:2005 +A16:2007
§ 13.1

Automatic electrical controls for household and similar use
Part 1: General requirements (limited to: Insulation resistance)

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similareParte 1: Norme generali (Limitatamente a: prova di isolamento alla tensione impulsiva)

EN 60730-1:2011
§ 20.1.12

Automatic electrical controls for household and similar use
Part 1: General requirements (Limited to: impulse dielectric test)

Immunità a scarica elettrostatica

EN 61000-4-2: 2009

Electrostatic discharge immunity test

Immunità ad impulso di tensione (Surge)
Surge immunity test

EN 61000-4-5:2006

(Monofase/Single phase max 4kV)

Immunità ai buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione

EN 61000-4-11:2004

Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

Immunità ai Campi magnetici a frequenza di rete

EN 61000-4-8:2010

Power frequency magnetic field immunity test

(Campo continuo/Continuous field
1-30 A/m)

Immunità ai transitori veloci (Burst)

EN 61000-4-4:2012

Electrical fast transient/burst immunity test

(Monofase/Single phase max 4,4kV)

Misura della resistenza di isolamento con tensioni di prova 500Vdc

ENEL GLI 03 (EMC):1982
Sezione 03

Insulation resistance measurement with 500 Vdc voltage test

Normativa di compatibilità climatica per apparati e sistemi- Caldo secco- Caldo Umido- Freddo- Cambio di temperatura

ENEL R CLI 01:1994

Climatic compatibility standard for Equipment and systems - Dry heat - Damp heat - Cold - Temperature changes

Prova di rigidità dielettrica in AC

ENEL GLI 02 (EMC):1982
Sezione 02

AC Electric strength Test

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica (Limitatamente a: misura della resistenza di isolamento)

CEI 0-16:2008
+V2:2009
tab. 7-13-24-33

Reference technical rules for connection of active users and passive networks and HV MV electricity distribution companies (Limited to: insulated resistance measurement)

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica(Limitatamente a: prove con tensione alternata)

CEI 0-16:2008
+V2:2009
tab. 7-13-24-33

Reference technical rules for connection of active users and passive networks and HV MV electricity distribution companies (Limited to: Dielectric test with a.c. voltage) (max 5kV)

Intek S.p.a. Via Breve 25086 Rezzato BS	Numero di accreditamento: 1180 Sede A
	Revisione: 3 Data: 16/07/2013
	Scheda 3 di 5 PA1560AR3.pdf

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica (Limitatamente a: prove con tensioni impulsive)

CEI 0-16:2008
+V2:2009
tab. 7-13-24-33

Reference technical rules for connection of active users and passive networks and HV MV electricity distribution companies (Limited to: Impulsive test voltage) (max 12kV)

Relè elettrici - Parte 5: Coordinamento dell'isolamento per i relè di misura e i dispositivi di protezione - Prescrizioni e prove (Limitatamente a: prova di tensione impulsiva razionalizzata a 5kV)

EN 60255-5:2001
§ 6.1.3

Electrical relays - Part 5: Insulation coordination for measuring relays and protection equipment - Requirements and tests (Limited to: impulse voltage test with rationalised test voltage of 5 kV)

Relè elettrici - Parte 5: Coordinamento dell'isolamento per i relè di misura e i dispositivi di protezione - Prescrizioni e prove (Limitatamente a: Resistenza di isolamento)

EN 60255-5:2001
§ 6.2.2

Electrical relays - Part 5: Insulation coordination for measuring relays and protection equipment - Requirements and tests (Limited to: Insulation resistance)

Relè elettrici - Parte 5: Coordinamento dell'isolamento per i relè di misura e i dispositivi di protezione - Prescrizioni e prove (Limitatamente a: prova di rigidità dielettrica)

EN 60255-5:2001
§ 6.1.4

Electrical relays - Part 5: Insulation coordination for measuring relays and protection equipment - Requirements and tests (Limited to: Dielectric test)

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 1: Norme generali (Limitatamente a: prova di Rigidità dielettrica)

EN 60335-1: 2002
+A1:2004 +A11:2004 +A2:2006 +A12:2006
+A1/EC:2007
+A13:2008
+A15:2011
+A14:2010
§ 13.3 + §16.3

Household and similar electrical appliances - Safety Part 1: General requirements (Limited to: Electric strength)

Apparecchiature elettriche / elettroniche da impiegare negli ambienti industriali

Electrical and electronic apparatus intended for use in industrial environments

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Compatibilità Elettromagnetica - Norma generica - Immunità limitatamente alle prove:

EN 61000-6-2:2005
+ EC:2005
+IS1:2005

Electromagnetic compatibility - Generic standard - Immunity Limited to the tests:

EN 61000-4-2
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-8
EN 61000-4-11

Apparecchiature elettriche / elettroniche da utilizzare in ambito residenziale, commerciale e negli ambienti di industria leggera

Electrical and electronic apparatus intended for use in residential, commercial and light-industrial environments

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Intek S.p.a. Via Breve 25086 Rezzato BS	Numero di accreditamento: 1180 Sede A
	Revisione: 3 Data: 16/07/2013
	Scheda 4 di 5 PA1560AR3.pdf

Compatibilità Elettromagnetica - Norma generica - Immunità
Limitatamente alle prove:

EN 61000-6-1:2007

Electromagnetic compatibility - Generic standard - Immunity
Limited to the tests:

EN 61000-4-2
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-8
EN 61000-4-11

Componenti / apparecchiature / manufatti

Components / Equipment / Manufactured articles

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Procedure di prova ambientali di base
Parte 2: Prove
Prova B: Calore secco

EN 60068-2-2: 2007

Environmental testing
Part 2-2: Tests
Test B: Dry heat (max temp. 150 °C)

Prova ambientali
Parte 2-78: Prove
Prova Cab Caldo umido, regime stazionario

EN 60068-2-78: 2001

Environmental testing
Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state (max temp. 90 °C
Max UR/RH 95%

Prova ambientali
Parte 2: Prove
Prova Db: Caldo umido, ciclico
(ciclo di 12h+12h)
variante 2

EN 60068-2-30: 2005

Environmental testing - Part 2-30: Tests
Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)
Variant 2

Prova ambientali
Parte 2: Prove
Prova N: Cambio di temperatura

EN 60068-2-14: 2009

Environmental testing - Part 2-14: Tests
Test N: Change of temperature (min temp. -50 °C
max temp. 150 °C)

Prove ambientali
Parte 2: Prove
Prova A: Freddo

EN 60068-2-1 2007

Environmental testing
Part 2-1: Tests
Test A: Cold (min temp. -50 °C)

Equipaggiamento elettrico delle macchine

Electrical equipment of machines

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle macchine. Parte
1: Regole generali
(Limitatamente a: misura della resistenza di isolamento)

EN 60204-1:2006
+A1:2009
§ 18.3

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General
requirements
(Limited to: insulation resistance)

Intek S.p.a. Via Breve 25086 Rezzato BS	Numero di accreditamento: 1180 Sede A
	Revisione: 3 Data: 16/07/2013
	Scheda 5 di 5 PA1560AR3.pdf

Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle macchine. Parte 1: Regole generali (Limitatamente a: prova di tensione)

EN 60204-1:2006
+A1:2009
§ 18.4

Safety of machinery - Electrical equipment of machines -- Part 1: General requirements (Limited to: Voltage tests)

Involucri di apparecchiature elettriche

Enclosures of electrical equipment

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Gradi di Protezione degli involucri (codice IP)
limitatamente alle cifre 1X-2X-3X-4X
e lettere addizionali A-B-C-D

EN 60529:1991
+A1:2000
§ 12,2 + 13,2

Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
Limited to: numbers 1X-2X-3X-4X
and additional letter A-B-C-D

Legenda

ACCREDIA
Il Direttore del Dipartimento
(Dr. Paolo Bianco)