

<b>Test'ing S.r.l.</b> Via del Consorzio, 41 60015 Falconara Marittima AN	Numero di accreditamento: <b>1414</b> Sede <b>A</b>
	Revisione: <b>3</b> Data: <b>17/12/2015</b>
	Scheda <b>1</b> di <b>2</b> PA1827AR3.pdf

## ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

### Apparecchi elettromedicali

*Denominazione della prova / Campi di prova*

*Metodo di prova*

Scariche elettrostatiche (ESD)

CEI EN 60601-1-2:2010/EC:2010(par. 6.2.2)

### Apparecchi elettrici di misura controllo e laboratorio

*Denominazione della prova / Campi di prova*

*Metodo di prova*

Scarica elettrostatica (ESD)

CEI EN 61326-1:2013 (par. 6.2- tab 1 e tab2)

### Apparecchi elettrici di misura controllo e laboratorio

*Denominazione della prova / Campi di prova*

*Metodo di prova*

Impulso

CEI EN 61326-1:2013 (par. 6.2- tab.1 e tab.2) (solo per alimentazione in c.a.)

Transitori/treni elettrici veloci

CEI EN 61326-1:2013 (par. 6.2- tab.1 e tab.2)

### Apparecchi elettromedicali

*Denominazione della prova / Campi di prova*

*Metodo di prova*

Impulsi

CEI EN 60601-1-2:2010/EC:2010 (par. 6.2.5)

Transitori/treni elettrici veloci

CEI EN 60601-1-2:2010/EC:2010 (par. 6.2.4)

### Apparecchi per illuminazione

*Denominazione della prova / Campi di prova*

*Metodo di prova*

Scariche elettrostatiche

CEI EN 61547:2010 (par. 5)

### Apparecchi per illuminazione

*Denominazione della prova / Campi di prova*

*Metodo di prova*

Impulsi di tensione

CEI EN 61547:2010 (par. 5.7)

Transitori veloci

CEI EN 61547:2010 (par. 5.5)

### Apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso in ambiente industriale

*Denominazione della prova / Campi di prova*

*Metodo di prova*

Scarica elettrostatica

CEI EN 61000-6-2:2006 (par.8 tab. 1.5)

### Apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso in ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera

*Denominazione della prova / Campi di prova*

*Metodo di prova*

Scarica elettrostatica

CEI EN 61000-6-1:2007 (par.1.5)

### Apparecchiature elettriche ed elettroniche

*Denominazione della prova / Campi di prova*

*Metodo di prova*

Compatibilità elettromagnetica - Pubblicazione base EMC Parte 4 Tecniche di prova e di misura Sezione 2: Prove di immunità a scarica elettrostatica

CEI EN 61000-4-2:2010 (max +/- 8kV per scariche a contatto e max +/- 15 kV per scariche in aria)

Impulsi transitori rapidi

CEI EN 60335-1:2013/EC:2014 par.19.11.4.3)

Prova di immunità a impulso

CEI EN 61000-4-5:2007 (solo per porte di alimentazione in c.a.) (max +/- 5 kV)

<b>Test'ing S.r.l.</b> Via del Consorzio, 41 60015 Falconara Marittima AN	Numero di accreditamento: <b>1414</b> Sede <b>A</b>
	Revisione: <b>3</b> Data: <b>17/12/2015</b>
	Scheda <b>2</b> di <b>2</b> PA1827AR3.pdf

Scariche elettrostatiche	CEI EN 60335-1:2013/EC:2014 (par. 19.11.4.1)
Sovratensioni transitorie	CEI EN 60335-1:2013/EC:2014 (par.19.11.4.4)
Transitori/treni elettrici veloci	CEI EN 61000-4-4:2013 (max +/- 5,5 kV)
<b>Apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso in ambiente industriale</b>	
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Impulsi	CEI EN 61000-6-2:2006 (tab.4-pt. 4.4)
Transitori veloci	CEI EN 61000-6-2:2006 (par.8 tab. 1.5)
<b>Apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso in ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera</b>	
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Impulsi	CEI EN 61000-6-1:2007 (tab. 3 pto 3.2)
Transitori veloci	CEI EN 61000-6-1:2007 (tab. 1 pto 1.5)
<b>Elettrodomestici, utensili elettrici e similari</b>	
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Scariche elettrostatiche	CEI EN 55014-2:1998/A1:2002/IS1:2007/A2:2009 (par. 5.1)
<b>Elettrodomestici, utensili elettrici e similari</b>	
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Tensioni ad impulso	CEI EN 55014-2:1998/A1:2002/IS1:2007/A2:2009 (par. 5.6)
Transitori veloci	CEI EN 55014-2:1998/A1:2002/IS1:2007/A2:2009 (par. 5.2)

Legenda

ACCREDIA  
Il Direttore del Dipartimento  
(Dr.ssa Silvia Tramontin)