

Test'ing S.r.l. Via del Consorzio, 41 60015 Falconara Marittima AN	Numero di accreditamento: 1414 Sede A
	Revisione: 4 Data: 20/07/2016
	Scheda 1 di 2 PA1827AR4.pdf

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Apparecchi elettrici di misura controllo e laboratorio

Denominazione della prova / Campi di prova

Scarica elettrostatica (ESD)

Metodo di prova

CEI EN 61326-1:2013 (par. 6.2- tab 1 e tab2)

Apparecchi elettrici di misura controllo e laboratorio

Denominazione della prova / Campi di prova

Impulso (solo per alimentazione in c.a.)

Metodo di prova

CEI EN 61326-1:2013 (par. 6.2- tab.1 e tab.2)

Transitori/treni elettrici veloci

CEI EN 61326-1:2013 (par. 6.2- tab.1 e tab.2)

Apparecchi elettromedicali

Denominazione della prova / Campi di prova

Correnti di dispersione

Metodo di prova

CEI EN 60601-1:2007/A1:2014/A11:2012/A12:2015/EC:2014 (par. 8.7)

Impulsi

CEI EN 60601-1-2:2010/EC:2010 (par. 6.2.5)

Precondizionamento all'umidità

CEI EN 60601-1:2007/A1:2014/A11:2012/A12:2015/EC:2014 (par. 5.7)

Scariche elettrostatiche (ESD)

CEI EN 60601-1-2:2010/EC:2010(par. 6.2.2)

Temperature eccessive nell'apparecchio EM

CEI EN 60601-1:2007/A1:2014/A11:2012/A12:2015/EC:2014 (par. 11.1)

Transitori/treni elettrici veloci

CEI EN 60601-1-2:2010/EC:2010 (par. 6.2.4)

Apparecchi per illuminazione

Denominazione della prova / Campi di prova

Impulsi di tensione

Metodo di prova

CEI EN 61547:2010 (par. 5.7)

Scariche elettrostatiche

CEI EN 61547:2010 (par. 5.2)

Transitori veloci

CEI EN 61547:2010 (par. 5.5)

Apparecchiature e componenti

Denominazione della prova / Campi di prova

Prove ambientali - Irraggiamento solare simulato al suolo e guida all'irraggiamento solare

Metodo di prova

CEI EN 60068-2-5:2012

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Denominazione della prova / Campi di prova

Compatibilità elettromagnetica - Pubblicazione base EMC Parte 4 Tecniche di prova e di misura Sezione 2: Prove di immunità a scarica elettrostatica (max +/- 8kV per scariche a contatto e max +/- 15 kV per scariche in aria)

Metodo di prova

CEI EN 61000-4-2:2010

Impulsi transitori rapidi

CEI EN 60335-1:2013/EC:2014 par.19.11.4.3)

Prova di immunità a impulso (solo per porte di alimentazione in c.a.) (max +/- 5 kV)

CEI EN 61000-4-5:2007

Scariche elettrostatiche

CEI EN 60335-1:2013/EC:2014 (par. 19.11.4.1)

Sovratensioni transitorie

CEI EN 60335-1:2013/EC:2014 (par.19.11.4.4)

Transitori/treni elettrici veloci (max +/- 5,5 kV)

CEI EN 61000-4-4:2013, CEI EN 61000-4-4:2006/A1:2010/EC:2008

Apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso in ambiente industriale

Denominazione della prova / Campi di prova

Impulsi

Metodo di prova

CEI EN 61000-6-2:2006 (tab.4-pt. 4.4)

Test'ing S.r.l. Via del Consorzio, 41 60015 Falconara Marittima AN	Numero di accreditamento: 1414 Sede A
	Revisione: 4 Data: 20/07/2016
	Scheda 2 di 2 PA1827AR4.pdf

Scarica elettrostatica	CEI EN 61000-6-2:2006 (par.8 tab. 1.5)
Transitori veloci	CEI EN 61000-6-2:2006 (par.8 tab. 1.5)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso in ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera	Metodo di prova
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Impulsi	CEI EN 61000-6-1:2007 (tab. 3 pto 3.2)
Scarica elettrostatica	CEI EN 61000-6-1:2007 (par.1.5)
Transitori veloci	CEI EN 61000-6-1:2007 (tab. 1 pto 1.5)
Elettrodomestici, utensili elettrici e similari	
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Scariche elettrostatiche	CEI EN 55014-2:1998/A1:2002/IS1:2007/A2:2009 (par. 5.1)
Elettrodomestici, utensili elettrici e similari	
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Tensioni ad impulso	CEI EN 55014-2:1998/A1:2002/IS1:2007/A2:2009 (par. 5.6)
Transitori veloci	CEI EN 55014-2:1998/A1:2002/IS1:2007/A2:2009 (par. 5.2)

Legenda

ACCREDIA
Il Direttore del Dipartimento
(Dr.ssa Silvia Tramontin)