| | |
|---|---|
| **Clinica veterinaria privata San Marco a socio unico**<br><br>Viale dell'Industria, 3<br>35030 Veggiano PD | Numero di accreditamento: **1792 L** Sede **A** |
| | Revisione: **1** Data: **29/07/2020** |
| | pag. **1** di **1** UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 |

# ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

**Siero animale/Animal serum**

| *Denominazione della prova / Campi di prova* | *Metodo di prova* | *Tecnica di prova* | *O&I* |
|---|---|---|---|
| Cortisolo/Cortisol (0.03-30.00 µg/dl) | MPI 02 Rev. 1 2020 | LC-MS/MS | |
| Fenobarbital/Fenobarbital (0.58-58.80 µg/ml) | MPI 04 Rev. 0 2020 | LC-MS/MS | |

**Siero di sangue canino/Dog blood serum**

| *Denominazione della prova / Campi di prova* | *Metodo di prova* | *Tecnica di prova* | *O&I* |
|---|---|---|---|
| Leishmaniosi: anticorpi/Leishmaniosis: antibodies (da 1:40 a 1:5120 ) | OIE Manual for Terrestrial Animals Cap 3.1.11 par B.2.1 2014 | Indirect Fluorescent antibody test IFA | |

**Urina animale/Animal Urine**

| *Denominazione della prova / Campi di prova* | *Metodo di prova* | *Tecnica di prova* | *O&I* |
|---|---|---|---|
| Identificazione specie batteriche/Identification of bacterial species (presenza/assenza) | MPI 01 Rev. 1 2020 | MALDI TOF | |

*Legenda*

L'eventuale simbolo (1) in corrispondenza della matrice indica:matrice non prevista dal metodo ma assimilabile/matrix not provided for by the method but acceptable

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accreditamento per la specifica attività riportata a fianco