

<b>ANALYTICAL SRL</b> Via dei Cadolingi 6 int.6-7 50018 Scandicci FI	Numero di accreditamento: <b>0386</b> Sede <b>D</b>
	Revisione: <b>0</b> Data: <b>22/03/2018</b>
	Scheda <b>1</b> di <b>1</b> PA486DR0.pdf

## ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

### Apparecchi di illuminazione e apparecchi analoghi/Electrical lighting and similar equipment

*Denominazione della prova / Campi di prova*

*Metodo di prova*

Misura di emissioni condotte/Measurement of conducted electromagnetic disturbance (Limitatamente alle porte di alimentazione) (da 9kHz a 30MHz)  
Apparecchiature monofasi fino a 16A Apparecchiature trifasi fino a 32A  
Limitate alle porte di alimentazione)

EN 55015:2013 /A1:2015  
CEI EN 55015:2014 /A1:2016

### Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Elettrodomestici, utensili elettrici e apparecchi similari/Household appliances, electric tools and similar apparatus

*Denominazione della prova / Campi di prova*

*Metodo di prova*

Misura di emissioni condotte continue / Measurement of continuous conducted disturbance (da 150kHz a 30MHz)  
Apparecchiature monofasi fino a 16A  
Apparecchiature trifasi fino a 32A  
Limitate alle porte di alimentazione)

EN 55014-1:2006 /A1:2009 /A2:2011  
CEI EN 55014-1:2008 /A1:2010 /A2:2012

### Apparecchiature elettriche ed elettroniche/Electric and electronic equipment

*Denominazione della prova / Campi di prova*

*Metodo di prova*

Misura di emissioni condotte/Measurement of conducted emission (Limitatamente alle porte di alimentazione) (da 150kHz a 30MHz)  
Apparecchiature monofasi fino a 16A  
Apparecchiature trifasi fino a 32A  
Limitate alle porte di alimentazione)

EN 55032:2015  
CEI EN 55032:2015

Misura di emissioni condotte/Measurement of conducted emission (da 150kHz a 30MHz)  
Apparecchiature monofasi fino a 16A  
Apparecchiature trifasi fino a 32A  
Limitate alle porte di alimentazione)

EN 55011:2016  
CEI EN 55011:2017

Prova di immunità a scariche di elettricità statica/Electrostatic discharge immunity test (da  $\pm 2$ kV a  $\pm 15$ kV)

EN 61000-4-2:2009  
CEI EN 61000-4-2:2011

Prova di immunità ad impulso/Surge immunity test (Limitatamente alle porte di alimentazione) (Fino a 4kV. Apparecchiature monofase e trifase fino a 16A - Limitate alle porte di alimentazione)

EN 61000-4-5:2014  
CEI EN 61000-4-5:2016

Prova di immunità ai transitori / raffiche di impulsi elettrici veloci/Electrical fast transient / burst immunity test (Limitatamente alle porte di alimentazione) (fino a 5.kV)  
Apparecchiature monofase e trifase fino a 16A - Limitate alle porte di alimentazione)

EN 61000-4-4:2012  
CEI EN 61000-4-4:2013

*Legenda*

ACCREDIA  
Il Direttore del Dipartimento  
(Dott.ssa Silvia Tramontin)

La decorrenza del presente elenco delle prove accreditate, coincide con la data di revisione del documento, posta in alto a destra. Non rileva il fatto che la firma digitale sia stata apposta successivamente