

<b>MULTIPROJECT S.r.l.</b> Via Terza Armata, 117/7 34170 Gorizia GO	Numero di accreditamento: <b>0465</b> Sede <b>A</b>
	Revisione: <b>9</b> Data: <b>26/09/2017</b>
	Scheda <b>1</b> di <b>1</b> PA559AR9.pdf

## ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

### Acque di scarico

*Denominazione della prova / Campi di prova*

*Metodo di prova*

Alluminio, Antimonio, Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Calcio, Cadmio, Cromo, Cobalto, Rame, Ferro, Piombo, Manganese, Magnesio, Molibdeno, Nichel, Selenio, Argento, Tallio, Vanadio, Zinco

EPA 3015A 2007 + EPA 6010C 2007

### Acque naturali

*Denominazione della prova / Campi di prova*

*Metodo di prova*

Alluminio, Antimonio, Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Calcio, Cadmio, Cromo, Cobalto, Rame, Ferro, Piombo, Manganese, Magnesio, Molibdeno, Nichel, Selenio, Argento, Tallio, Vanadio, Zinco

EPA 6010C 2007

### Acque naturali e di scarico

*Denominazione della prova / Campi di prova*

*Metodo di prova*

pH (1-14 Unità pH)

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

Solidi totali disciolti

APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003

### Acque naturali, di scarico

*Denominazione della prova / Campi di prova*

*Metodo di prova*

Azoto Nitroso (0,001-0,2 mg/L N-NO<sub>2</sub>)

APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003

### Acque potabili, naturali e di scarico

*Denominazione della prova / Campi di prova*

*Metodo di prova*

Cromo VI (100,0-1000µg/L)

APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22st 2012 3500-Cr B

### Acque superficiali, sotteranee e di scarico

*Denominazione della prova / Campi di prova*

*Metodo di prova*

Cloruro (35-700 mg/l Cl<sup>-</sup>)

APAT CNR IRSA 4090 A1 Man 29 2003

### Legenda

APAT: Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (ex ANPA)

CNR IRSA: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca Sulle Acque

EPA: Environmental Protection Agency (USA)

APHA: American Public Health Association

ACCREDIA  
Il Direttore del Dipartimento  
(Dott.ssa Silvia Tramontin)

La decorrenza del presente elenco delle prove accreditate, coincide con la data di revisione del documento, posta in alto a destra.  
Non rileva il fatto che la firma digitale sia stata apposta successivamente