

Bioagrifood Srl Via Salvo D'acquisto, 44/C 56025 Pontedera PI	Numero di accreditamento: 0737 Sede A
	Revisione: 21 Data: 22/03/2018
	Scheda 1 di 4 PA994AR21.pdf

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Acque destinate al consumo umano

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Clostridium perfringens (spore comprese): conta

ISO 14189:2013

acque destinate al consumo umano e industriale, acque naturali (sotterranee e superficiali), acque di scarico

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Solfati

APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003

Acque destinate al consumo umano e industriale, acque naturali (sotterranee e superficiali); acqua di piscina

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Alluminio; Cromo totale; Manganese; Nichel; Rame; Ferro

EPA 200.9 1994

Acque destinate al consumo umano, acque di piscina

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Legionella spp, Legionella Pneumophila: conta

ISO 11731:2017

acque destinate al consumo umano, acque naturali (sotterranee e superficiali)

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Cloruri (1-70 mg/l)

MP-016R4/2016

Solidi totali disciolti, residuo fisso a 180°C, residuo fisso a 105°C

APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003

acque destinate al consumo umano, acque naturali (sotterranee e superficiali), acque di scarico

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Ammonio (0,02-2,5 mg/l)

MP-001R6/16

COD (richiesta chimica di ossigeno)

ISO 15705:2002

Conducibilità

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

Durezza totale (1-20°dH)

MP-005R5/16

Nitriti/Azoto nitroso (0,05-2 mg/l/0,015-0,6 mg/l)

MP-002R7/16

acque destinate al consumo umano, acque naturali (sotterranee e superficiali), acque di scarico, acque di piscina

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Cloro attivo libero/totale/combinato (0,05-2 mg/l)

MP-006R8/16

Nitrati/Azoto nitrico (1-60mg/l/0,23-13,50 mg/l)

MP-003R7/16

pH

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

Torbidità

APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003

acque destinate al consumo umano, acque naturali (sotterranee e superficiali), acque di piscina

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Colore

APAT CNR IRSA 2020 Met C Man 29 2003

Acque destinate al consumo umano; acque di piscina

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Enterococchi intestinali: conta

UNI EN ISO 7899-2:2003

Escherichia coli e Batteri coliformi: conta

UNI EN ISO 9308-1:2017

Microrganismi coltivabili a 22°C e 36°C: conta

UNI EN ISO 6222:2001

Pseudomonas aeruginosa: conta

UNI EN ISO 16266:2008

Stafilococchi patogeni: conta

UNI 10678:1998

Acque di scarico

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Bioagrifood Srl Via Salvo D'acquisto, 44/C 56025 Pontedera PI	Numero di accreditamento: 0737 Sede A
	Revisione: 21 Data: 22/03/2018
	Scheda 2 di 4 PA994AR21.pdf

Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
Alimenti	<i>Metodo di prova</i>
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	
Anaerobi solfitoreduttori: conta	ISO 15213:2003
Bacillus cereus a 30°C (presuntivo): conta	ISO 7932:2004
Coliformi: conta	ISO 4832:2006
Enterobacteriaceae: conta	ISO 21528-1:2017 Annex A
Enterobacteriaceae: conta	ISO 21528-2:2017
Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva: conta	ISO 16649-2:2001
Listeria monocytogenes: conta	ISO 11290-2:2017
Listeria monocytogenes: ricerca	ISO 11290-1:2017
Microrganismi a 30°C: conta	ISO 4833-1:2013
pH	MF HPB-03:2014
Salmonella spp: ricerca	ISO 6579-1:2017
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie): conta	UNI EN ISO 6888-1:2004
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie): conta	ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003
Alimenti (aw<0.95)	<i>Metodo di prova</i>
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	
Lieviti e muffe a 25°C: conta	ISO 21527-2:2008
Alimenti (aw>0.95)	<i>Metodo di prova</i>
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	
Lieviti e muffe a 25°C: conta	ISO 21527-1:2008
Alimenti ad uso umano	<i>Metodo di prova</i>
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	
Cadmio	UNI EN 13804 2013+Rapp. ISTISAN 1996/34 pag. 92
Glutine da frumento, segale, orzo	AOAC 2012.01
Piombo	UNI EN 13804 2013+Rapp. ISTISAN 1996/34 pag. 113 Met. A
Proteine	Rapporti ISTISAN 1996/34 Pag 13
Alimenti che non contengono sostanze termolabili a 103°C	<i>Metodo di prova</i>
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	
Umidità	Rapporti ISTISAN 1996/34 Met B
Alimenti sfusi e preconfezionati destinati per la loro natura ad essere consumati previa cottura o che rechino sulla confezione la dizione "da consumarsi previa cottura" (esclusi il latte e i derivati del latte)	<i>Metodo di prova</i>
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	
Listeria monocytogenes: conta	OM 7/12/1993 GU n° 291 13/112/1993 all. 3 (escluso p.to 15 test biologico)
Cereali e loro derivati	<i>Metodo di prova</i>
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	
Aflatossina B1 (0,08-15 ug/kg)/ Aflatossine totali (B1+B2+G1+G2) da calcolo	MP-047R0/15
Cereali, sfarinati, pasta alimentare	<i>Metodo di prova</i>
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	
Umidità	Rapporti ISTISAN 1996/34 Met C

Bioagrifood Srl Via Salvo D'acquisto, 44/C 56025 Pontedera PI	Numero di accreditamento: 0737 Sede A
	Revisione: 21 Data: 22/03/2018
	Scheda 3 di 4 PA994AR21.pdf

Materiali tessili

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva: conta	ISO 14698-1:2004 Appendice D+ ISO 16649-2_2001
Lieviti e muffe a 25°C: conta	ISO 14698-1:2004 Appendice D+ ISO 21527-1:2008
Microrganismi a 30°C: conta	ISO 14698-1:2004 Appendice D+ ISO 4833-1:2013
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie): conta	ISO 14698-1:2004 Appendice D+ ISO 6888-1:2004

Prodotti ittici

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Istamina (5,8-200 mg/kg)	MP-046R0/15

Superfici delle aree di lavorazione o manipolazione alimenti

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
anaerobi solfitriduttori: conta	ISO 18593:2004 + ISO 15213:2003
Bacillus cereus a 30°C (presuntivo): conta	ISO 18593:2004 + ISO 7932:2004
Coliformi: conta	ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006
Enterobacteriaceae: conta	ISO 18593:2004 + ISO 21528-1:2017 Annex A/ ISO 18593:2004 + ISO 21528-2
Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva: conta	ISO 18593:2004 + ISO 16649-2:2002
Lieviti e muffe a 25°C: conta	ISO 18593:2004 + ISO 21527-1/2:2008
Listeria monocytogenes: ricerca	ISO 18593:2004 + ISO 11290-1:2017
Microrganismi a 30°C: conta	ISO 18593:2004 + ISO 4833-1:2013
Salmonella spp: ricerca	ISO 18593:2004 + ISO 6579-1:2017
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie): conta	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-1:2004

Superfici di ambienti a contaminazione controllata

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Coliformi: conta	ISO 14698-1:2004 Appendice C + ISO 4832:2006
Microrganismi a 30°C: conta	ISO 14698-1:2004 Appendice C+ ISO 4833-1:2013
Muffe a 25°C: conta	ISO 14698-1:2004 Appendice C+ ISO 21527-1:2008
Pseudomonas aeruginosa: conta	ISO 14698-1:2004 Appendice C+ UNI EN ISO 16266:2008
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie): conta	ISO 14698-1:2004 Appendice C+ ISO 6888-1:2004

Superfici di carcassa

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Enterobacteriaceae: conta	ISO 17604:2015+ ISO 21528-2:2017
Microrganismi a 30°C: conta	ISO 17604:2015 + ISO 4833-1:2013
Salmonella spp: ricerca	ISO 17604:2015+ ISO 6579-1:2017

Bioagrifood Srl Via Salvo D'acquisto, 44/C 56025 Pontedera PI	Numero di accreditamento: 0737 Sede A
	Revisione: 21 Data: 22/03/2018
	Scheda 4 di 4 PA994AR21.pdf

Legenda

DLgs = Decreto Legislativo
GU = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
ISO = International Organization for Standardization
EN = Norme europee elaborate dal Comité Européen de Normalisation
UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione
MP = metodo sviluppato dal Laboratorio

ACCREDIA
Il Direttore del Dipartimento
(*Dott.ssa Silvia Tramontin*)

La decorrenza del presente elenco delle prove accreditate, coincide con la data di revisione del documento, posta in alto a destra.
Non rileva il fatto che la firma digitale sia stata apposta successivamente